



Утверждаю:  
Руководитель  
(заместитель) ИЛЦ

Л.М. Васина

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5.6358-6362

от « 18 » июня 20 20 г.

Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО «Медицинские маски»

Юридический адрес: Московская обл., г. Луховицы, проезд Строителей, вл. 7, стр. 3

ИНН: 5072005293

Наименование пробы (образца): Маска – респиратор медицинская KN ЭирСейф 305FFP3 (2МВ)

Пробы (образцы) направлены ООО «Медицинские маски», Московская область, город Луховицы, проезд Строителей, владение 7, строение 3  
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбор пробы (образца) 15.06.2020 г. с 13-30 до 13-35

Дата и время доставки пробы (образца) 15.06.2020 г. 15-15

Цель отбора -//-

НД на методику отбора: Не указан

Место, адрес отбора образцов (проб), товаров и др. Цех изготовления масок, ООО «Медицинские маски», Московская обл., г. Луховицы, проезд Строителей, вл. 7, стр. 3  
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) 5.6358-6362.1.20.06

Изготовитель ООО «Медицинские маски», Московская обл., г. Луховицы, проезд Строителей, вл. 7, стр. 3


Вид исследований Микробиологический

Условия транспортировки автотранспорт

Основание для проведения исследований Договор № 632 от 10.06.2020 г.

Дополнительные сведения ИЛЦ не несет ответственности за отбор

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

  
подпись А.Г. Эйзенкрейн  
Ф.И.О.

Микробиологические исследования

Код образца: 5.6358-6362.1.20.06

№ 5996-6000 в регистрационном журнале Исследования проведены: с 15.06.2020 г. по 17.06.2020 г.  
 НД на метод исследований: ГОСТ 12.4.136-84  
 Время доставки в лабораторию: 15-25

№	Объект исследования	Определяемые показатели, единицы измерения
		Проницаемость микроорганизмами, %
1.	Маска-респиратор медицинская 305 FFP3(2MB)	0,3
2.	Маска-респиратор медицинская 305 FFP3(2MB)	0,3
3.	Маска-респиратор медицинская 305 FFP3(2MB)	0,3
4.	Маска-респиратор медицинская 305 FFP3(2MB)	0,3
5.	Маска-респиратор медицинская 305 FFP3(2MB)	0,3

Ответственные за оформление и выдачу результатов исследований:

Лаборант	Куприянова Н.А.
Врач-бактериолог	Кузьмина О.П.
Проверил: зав. ЛМИ	Прокопенко И.В.



Настоящий протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания.

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ

Протокол № 5.6358-6362

общее количество страниц

2

страница

2